

JCSS  
JCSS 0029総数 2 頁の 1 頁  
証明書番号 1205-00556-004

## 校 正 証 明 書

|             |                                                           |
|-------------|-----------------------------------------------------------|
| 依 頼 者       | 青森県立中央病院                                                  |
| 住 所         | 青森県青森市東造道2-1-1                                            |
| 品 名         | デジタル温度計(おんどとり)                                            |
| 型 式 又 は 性 能 | RTR501B                                                   |
| 製 造 番 号     | 528027BA                                                  |
| 管 理 番 号     | -----                                                     |
| 製 造 者       | 株式会社 ティアンドデイ                                              |
| 校 正 項 目     | 温度                                                        |
| 校 正 方 法     | JQA校正要領書による(文書番号 E3146B2)                                 |
| 校 正 室 の 環 境 | 次頁以降のとおり                                                  |
| 校 正 年 月 日   | 2025年 4月 30日                                              |
| 校正の実施場所     | 東京都八王子市南大沢四丁目4番地4<br>一般財団法人 日本品質保証機構 計量計測センター<br>熱学計測課校正室 |

校正結果は次頁以降のとおりであることを証明します。

2025年 5月 2日

東京都八王子市南大沢四丁目4番地4  
一般財団法人 日本品質保証機構  
計量計測センター

センター長 森 元 聡



この証明書は、計量法第14条第1項に基づくものであり、特定標準器(国家標準)にトレーサブルな標準器により校正した結果を示すものです。  
書面による承認なしに、この証明書のカラーコピー及び一部分のみを複製して使用することを禁じます。  
当センターは、ISO/IEC 17025:2017に基づく校正機関として認定されています。

## 校 正 結 果

(単位 : °C)

| 温度校正值<br>(標準の値) | 校正品の指示値 | 拡張不確かさ |
|-----------------|---------|--------|
| 15.0            | 15.1    | 0.4    |
| 20.0            | 20.2    | 0.4    |
| 25.0            | 25.1    | 0.4    |

校正の不確かさは、拡張不確かさであり、包含係数  $k=2$  で決定され、約 95 % の信頼の水準をもつと推定される区間を定める。

校正の実施条件：

- ・ 校正は、標準器との比較測定により実施した。
- ・ 校正は、恒温槽を使用し実施した。
- ・ 温度校正值（標準の値）とは、校正品が指示すべき温度である。

校正室の環境：

温 度 24 °C ～ 26 °C

湿 度 30 % ～ 42 %

校正に用いた標準器：

| 品 名     | 型式又は性能 | 機器番号     | 製造者名      |
|---------|--------|----------|-----------|
| デジタル温度計 |        |          |           |
| 本体      | 1502A  | B84666   | FLUKE     |
| センサ     | Pt100  | NS-18012 | 株式会社 ネツシン |

特記事項：

- ・ 校正品の受理後、修理及び調整を行わず校正を実施した。

以上