この文書は、電磁的方法によりPDF形式で発行された証明書を印刷したものです。PDFファイルが原本となります。
This document is a printout of a certificate originally issued in PDF format; the PDF file is the original.

JCSS 0029

証明書番号　1206-01142-004

校　正　証　明　書

依　頼　者	青森県立中央病院
住　所	青森県青森市東造道2-1-1
品　名	デジタル温度計(おんどとり)
型式又は性能	RTR501B
製造番号	52804DCE
管理番号	--------
製　造　者	株式会社 ティアンドデイ
校正項目	温度
校正方法	JQA校正要領書による(文書番号 E3146B2)
校正室の環境	次頁以降のとおり
校正年月日	2026年 6月 5日
校正の実施場所	東京都八王子市南大沢四丁目4番地4 一般財団法人 日本品質保証機構 計量計測センター 熱学計測課校正室

校正結果は次頁以降のとおりであることを証明します。

2026年 6月 10日

東京都八王子市南大沢四丁目4番地4
一般財団法人 日本品質保証機構
計量計測センター
センター長　　森元 聡

この証明書は、計量法第144条第1項に基づくものであり、特定標準器（国家標準）にトレーサブルな標準器により校正した結果を示すものです。書面による承認なしに、この証明書の一部分のみを複製して使用することを禁じます。当センターは、ISO/IEC 17025:2017に基づく校正機関として認定されています。

この文書は、電磁的方法によりPDF形式で発行された証明書を印刷したものです。PDFファイルが原本となります。
This document is a printout of a certificate digitally issued in PDF format; the PDF file is the original.

証明書番号　1206-01142-004

校 正 結 果

（単位 ： ℃）

温度校正値 （標準の値）	校正品の指示値	拡張不確かさ
15.0	15.1	0.4
20.0	20.2	0.4
25.0	25.1	0.4

校正の不確かさは，拡張不確かさであり，包含係数 $k = 2$ で決定され，約 95 %の信頼の水準をもつと推定される区間を定める。

校正の実施条件：

・校正は，標準器との比較測定により実施した。
・校正は，恒温槽を使用し実施した。
・温度校正値（標準の値）とは，校正品が指示すべき温度である。

校正室の環境：

温　度　25 ℃ ～ 27 ℃
湿　度　33 % ～ 39 %

校正に用いた標準器：

品　名	型式又は性能	機器番号	製造者名
デジタル温度計			
本体	1502A	B27133	FLUKE
センサ	Pt100	NS-19023	株式会社 ネツシン
デジタル温度計			
本体	1502A	B84666	FLUKE
センサ	Pt100	NS-18012	株式会社 ネツシン

特記事項：

・校正品の受理後，修理及び調整を行わず校正を実施した。

以上